Prüfprotokoll

nach § 7 MPBetreibV

Rasant 2 - 7802
(einmal jährlich)

Name: _____

Vorname _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

SerienNr.: _____

Prüfstelle:	**Prüfung:**	**In Ordnung**		**Reparatur notwendig**		**Reparatur durchgef.**
		Ja	**Nein**	**Ja**	**Nein**	
Antriebsrad mit Freilauf Bild 1 + 2	Funktionskontrolle Freilauf Festigkeit aller Schrauben Kontrolle Steckachse Fetten der Steckachse					
Anbauteil. Rollstuhl-rahmen Bild 3	Festigkeit aller Schrauben, Funktion Kippstütze Rollen Kippstütze					
Akkupack +Akku Bild 4	Kontrolle von Steckern, Kabeln, Thermo-sicherung, Gehäuse, Gurte, Fixierungen und aller Nähte					
Antriebs-motor mit Bremse Bild 5+6	Steckverbindung Bedienteil m. Verriegelung Gehäuseabdeckung Stecker Motor auf Festigkeit Bremse reinigen m. Bremsenreiniger					
Bedient. + Bedienteilhalter Bild 7	Festigkeit und Funktion von Halter und Abschwenkmechanismus Funktionstest aller Bedienteilknöpfe Funktionstest Ladegerät Probefahrt durchführen					
Plakette Bild 8	Prüfprotokoll erstellen Prüfplakette anbringen		-	-	-	-

Legende: *√ = in Ordnung* *x = fehlerhaft* *— = Ausstattung nicht vorhanden*

Nächste Überprüfung: _____

Ort, Datum: _____

Name Prüfer: _____

Unterschrift & Stempel: _____

Rehatechnik Heymer GmbH
Von-Siemens-Straße 15a
D-59757 Arnsberg

Telefon 0 29 32 - 902 200
E-Mail info@rehatechnik-heymer.de

Bild 1 – Antriebsrad mit Freilauf	Bild 2 – Antriebsrad mit Freilauf
Bild 3 – Anbauteile Rollstuhlrahmen	Bild 4 – Akkupack und Akku
Bild 5 – Antriebsmotor mit Bremse	Bild 6 – Antriebsmotor mit Bremse
Bild 7 – Bedienteil + Bedienteilhalter	Bild 8 – Plakette

Tabelle 1 – Bilder zum Prüfprotokoll

Rehatechnik Heymer GmbH
Von-Siemens-Straße 15a
D-59757 Arnsberg

Telefon 0 29 32 - 902 200
E-Mail info@rehatechnik-heymer.de